Préparation des échantillons pour

l'analyseur IDEXX SNAPshot Dx*

■ Etape 1 : Vérifiez les conditions requises pour l'échantillon et le dispositif SNAP*

Type de test	Sang total avec anticoagulant	Plasma	Sérum	Pipette utilisée	Composants demandant une mise à température ambiante	Temps de mise à temperature ambiante
SNAP* T_4 Totale		✓†	✓	Violette	Dispositif	15 minutes
SNAP* Cortisol			✓	Grise ou bleue (selon le protocole)	Dispositif	10 minutes
SNAP* Acides biliaires			✓	Grise	Dispositif et conjugué	30 minutes
SNAP* FIV/FeLV Combo	✓	✓	✓	Transparente (fournie)	Dispositif et conjugué	30 minutes
SNAP* Feline Triple*	✓	✓	✓	Transparente (fournie)	Dispositif et conjugué	30 minutes
SNAP* Dirofilaria RT	✓	✓	✓	Transparente (fournie)	Dispositif et conjugué	30 minutes
SNAP* 4Dx* Plus	✓	✓	✓	Transparente (fournie)	Dispositif et conjugué	30 minutes
SNAP* cPL*			✓	Transparente (fournie)	Dispositif et conjugué	30 minutes
SNAP* fPL*			✓	Transparente (fournie)	Dispositif et conjugué	30 minutes

†Plasma hépariné (héparinate de lithium)

■ Etape 2 : prélèvement et préparation de l'échantillon

Sang total avec anticoagulant

(EDTA, héparine, par exemple)

1. Utiliser un système adéquat de prélèvement de l'échantillon.

2. Prélever l'échantillon avec précaution et le transférer dans un tube à échantillon traité.

Serum



1. Utiliser un tube adéquat pour la séparation du sérum.

2. Utiliser un système adéquat de prélèvement de l'échantillon.

3. Prélever l'échantillon avec soin et le transférer dans un tube à sérum.‡

‡ Lors de l'utilisation d'un système de prélèvement sous vide (BD Vacutainer*, par exemple), laisser l'échantillon se prélever de lui-même sous l'action du vide.

4. Laisser l'échantillon coaguler pendant au moins **20 minutes**.

5. Centrifuger l'échantillon en utilisant le mode Hard Spin (Centrifugation rapide) ou Hematocrite (Hématocrite) pendant 120 secondes (StatSpin* uniquement), ou se référer au manuel d'utilisation pour connaître le temps et la vitesse de centrifugation.

Plasma



1. Lorsque le tiroir à échantillon est prêt, sortir le séparateur de sang total Catalyst* du tiroir à échantillon.

2. Aspirer le plasma du séparateur de sang total.

OU

1. Utiliser un tube traité à l'héparinate de lithium adéquat. Ne pas utiliser d'EDTA ou d'héparine sodique avec le test SNAP T_4 Totale.

2. Utiliser un système adéquat de prélèvement de l'échantillon.

3. Prélever l'échantillon avec soin et le transférer dans un tube traité à l'héparinate de lithium.‡

‡ Lors de l'utilisation d'un système de prélèvement sous vide (BD Vacutainer*, par exemple), laisser l'échantillon se prélever de lui-même sous l'action du vide.

4. Retourner l'échantillon doucement pendant **30 secondes** pour le mélanger.

5. Centrifuger l'échantillon en utilisant le mode Hard Spin (Centrifugation rapide) ou Hematocrite (Hématocrite) pendant 120 secondes (StatSpin* uniquement), ou se référer au manuel d'utilisation pour connaître le temps et la vitesse de centrifugation.

■ Etape 3 : préparation du dispositif SNAP*

1. Transférer l'échantillon dans un tube à échantillon jetable en suivant les instructions s'affichant sur l'écran de l'analyseur SNAPshot Dx. Veiller à utiliser la pipette adéquate (telle qu'indiquée sur l'écran).

2. Transférer la quantité appropriée de conjugué dans le même tube à échantillon que celui utilisé à l'étape 1.

3. Retourner doucement le tube à échantillon 4 à 5 fois pour le mélanger.

4. T_4 Totale et cortisol UNIQUEMENT : Mettre le tube à incuber pendant 5 minutes.

5. Verser la totalité du contenu du tube à échantillon dans le puits échantillon d'un dispositif SNAP*.



6. Dès qu'une coloration apparaît dans le cercle d'activation, appuyer sur l'activateur.

7. Charger immédiatement le dispositif SNAP dans un port disponible, sur l'analyseur.

Support Technique IDEXX

États-Unis/Canada/Amérique Latine 1-800-248-2483

Europe 00800 1234 3399

Australie 1300 44 33 99

Nouvelle Zélande 0800-102-084

Asie 0800-291-018

©2012 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 06-19196-05
*StatSpin est une marque déposée d'Iris Sample Processing. Vacutainer est une marque déposée de Becton, Dickison and Company.
SNAPshot Dx, SNAP, Feline Triple, SNAP cPL, SNAP fPL, 4Dx, Catalyst Dx, Catalyst et IDEXX VetLab sont des marques de fabrique ou des marques déposées d'IDEXX Laboratories, Inc. ou ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IDEXX LABORATORIES